

071334
SET POLYVALENT

INDICATION

Nécessaire de soins universel préconisé lors d'un branchement/débranchement de perfusion sur voie veineuse.

CARACTÉRISTIQUE

RÉFÉRENCE	CONDITIONNEMENT	UNITÉ PAR CARTON	TAILLE DU CARTON
071334	Sachet	40	38,8 x 38,7 x 26,9 cm

CODE GTIN

GTIN SET : 3701556400791

GTIN CARTON : 3701556400784

COMPOSITION DU SET
PARTIE BRANCHEMENT

- 1 Champ de table enveloppant Ouate 45 x 50 cm

Dans le champ enveloppant :

- 1 Masque Type II 1er pli
- 1 Charlotte
- 1 Paire de gant Nitrile Taille 7 / 8
- 5 Compresses Non Tissées 7,5 x 7,5cm
- 1 Seringue Luer Lock 20ml
- 1 Aiguille Pompeuse 18G

PARTIE DÉBRANCHEMENT

- 1 paire de gants nitrile manchettes retournées taille 7/8
- 5 compresses non tissées 7.5 x 7.5 cm
- 1 champ de soins ouate 37.5 x 45 cm
- 1 seringue Luer Lock 20 ml
- 1 aiguille pompeuse 18G

STÉRILISATION

Mode de stérilisation : consulter l'emballage des composants
Ne pas restériliser

CONDITION DE CONSERVATION ET DE STOCKAGE

Conditions de stockage : À l'abri de l'humidité et de la lumière.
Température de stockage entre 5° et 40° C.
Durée de validité : Voir sur emballage.

RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS DE L'ASSEMBLEUR

NOM	Innoset
LIEU DE L'ASSEMBLAGE	ZI La Masquère, 840 Rue de l'Hers, 31750 ESCALQUENS
SIÈGE SOCIAL	75 rue Cuvier - 69006 LYON
CERTIFICAT QUALITÉ	NF EN ISO 13485 :2016
RÈGLEMENT DE L'UE APPLICABLE	UE 2017-745 – Annexe IX chapitres I et III
RÉFÉRENT MATÉRIOVIGILANCE	qualite@innoset.com

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- Ces dispositifs ne doivent être utilisés que par des professionnels de santé.
- Inspectez le nécessaire de soins avant utilisation. Si vous remarquez le moindre défaut ou anomalie, n'utilisez pas le dispositif. Remplacez-le immédiatement par un nouveau et contactez l'assembleur.
- La réutilisation d'un dispositif médical est dangereuse et peut gravement compromettre son intégrité et ses performances.
- Tout événement indésirable grave lié à l'utilisation de ces nécessaires de soins doit être signalé à l'assembleur.

Précautions d'emploi, contre-indications et effets secondaires indésirables : se reporter aux notices/indications des fabricants.