

071316VAR2
SET DE BRANCHEMENT / DÉBRANCHEMENT STANDARD
INDICATION

Nécessaire de soins préconisé lors d'un branchement ou débranchement d'une perfusion.

CARACTÉRISTIQUE

RÉFÉRENCE	CONDITIONNEMENT	UNITÉ PAR CARTON	TAILLE DU CARTON
071316VAR2	Sachet	25	38,8 x 38,7 x 31,9 cm

CODE GTIN

GTIN SET : 3701556400449

GTIN CARTON : 3701556400432

COMPOSITION DU SET
PARTIE BRANCHEMENT

- 1 Essuie-mains Airlaid 20 x 30 cm
- 1 Masque type II
- 1 Champ de table enveloppant ouate 45x50 cm

Dans le champ enveloppant :

- 1 Paire de gants Nitrile
- 1 Champ patient Ouate 45 x 50 cm fenêtré excentré adhésivé
- 2x5 Compresses Non Tissées 7,5 x 7,5 cm
- 1 aiguille HD 18G rose
- 1 seringue 20ml Luer Lock

PARTIE DÉBRANCHEMENT

- 1 Masque type II
- 1 Essuie-mains Airlaid 20 x 30 cm
- 1 Champ de table enveloppant ouate 45x50 cm

Dans le champ enveloppant :

- 1 Paire de gants Nitrile
- 5 Compresses Non Tissées 7,5 x 7,5 cm

1 SERINGUE PRÉ-REPLIE NACL 0.9% 10 ML - CLASSE IIa

1 SERINGUE PRÉ-REPLIE NACL 0.9% 20 ML - CLASSE IIa

Innoset assemble des sets composés de différents dispositifs. Conformément au règlement (UE) 2017/745, une notice d'utilisation est obligatoire pour les dispositifs médicaux de classe IIb et supérieure. Les notices des fabricants, destinées exclusivement aux professionnels de santé, sont regroupées et mises à disposition sous format numérique. Une version papier peut être fournie sur demande.

Date de création du modèle : 14.01.2025 - Version : 03

STÉRILISATION

Mode de stérilisation : consulter l'emballage des composants
 Ne pas restériliser

CONDITION DE CONSERVATION ET DE STOCKAGE

Conditions de stockage : À l'abri de l'humidité et de la lumière.
 Température de stockage entre 5° et 40° C.
 Durée de validité : Voir sur emballage.

RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS DE L'ASSEMBLEUR

NOM	Innoset
LIEU DE L'ASSEMBLAGE	ZI La Masquère, 840 Rue de l'Hers, 31750 ESCALQUENS
SIÈGE SOCIAL	75 rue Cuvier - 69006 LYON
CERTIFICAT QUALITÉ	NF EN ISO 13485 :2016
RÈGLEMENT DE L'UE APPLICABLE	UE 2017-745 – Annexe IX chapitres I et III
RÉFÉRENT MATÉRIOVIGILANCE	qualite@innoset.com

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- Ces dispositifs ne doivent être utilisés que par des professionnels de santé.
- Inspectez le nécessaire de soins avant utilisation. Si vous remarquez le moindre défaut ou anomalie, n'utilisez pas le dispositif. Remplacez-le immédiatement par un nouveau et contactez l'assembleur.
- La réutilisation d'un dispositif médical est dangereuse et peut gravement compromettre son intégrité et ses performances.
- Tout événement indésirable grave lié à l'utilisation de ces nécessaires de soins doit être signalé à l'assembleur.

Précautions d'emploi, contre-indications et effets secondaires indésirables : se reporter aux notices/indications des fabricants.