

073140VAR2
SET DE PICC LINE AVEC GRIP LOCK
INDICATION

Nécessaire de soins préconisé lors d'une réfection de pansement d'un Piccline avec Grip Lok® et d'un branchement immédiat de perfusion.

CARACTÉRISTIQUE

RÉFÉRENCE	CONDITIONNEMENT	UNITÉ PAR CARTON	TAILLE DU CARTON
073140VAR2	Sachet	35	38,8 x 38,7 x 26,9 cm

CODE GTIN
GTIN SET : 3701556402276

GTIN CARTON : 3701556402382

COMPOSITION DU SET

- 1 charlotte
- 2 masques type II
- 1 essuie mains Airlaid 20 x 30 cm
- 1 champ de table enveloppant ouate 45 x 75 cm

Dans le champ enveloppant :

- 1 Paire de gants Nitrile Manchettes Retournées Taille 7 / 8
- 1 Champ de soins Ouate 45 x 50 cm
- 1 Paire de gants Nitrile Manchettes Retournées Taille 7 / 8
- 10 Compresses Non Tissées 7,5 x 7,5 cm
- 1 Plaque de 2 bandelettes micropore
- 1 Pansement Film 10 x 12 cm

1 SERINGUE PRÉ-REPLIE NACL 0,9 % 10 ML - CLASSE II
1 VALVE BIDIRECTIONNELLE À PRESSION POSITIVE - CLASSE IIA
1 PANSEMENT GRIP-LOK®

STÉRILISATION

Mode de stérilisation : consulter l'emballage des composants
 Ne pas restériliser

CONDITION DE CONSERVATION ET DE STOCKAGE

Conditions de stockage : À l'abri de l'humidité et de la lumière.
 Température de stockage entre 15° et 30° C.
 Durée de validité : Voir sur emballage.

RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS DE L'ASSEMBLEUR

NOM	Innoset
LIEU DE L'ASSEMBLAGE	ZI La Masquère, 840 Rue de l'Hers, 31750 ESCALQUENS
SIÈGE SOCIAL	75 rue Cuvier - 69006 LYON
CERTIFICAT QUALITÉ	NF EN ISO 13485 :2016
RÈGLEMENT DE L'UE APPLICABLE	UE 2017-745 – Annexe IX chapitres I et III
RÉFÉRENT MATÉRIOVIGILANCE	qualite@innoset.com

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- Ces dispositifs ne doivent être utilisés que par des professionnels de santé.
- Inspectez le nécessaire de soins avant utilisation. Si vous remarquez le moindre défaut ou anomalie, n'utilisez pas le dispositif. Remplacez-le immédiatement par un nouveau et contactez l'assembleur.
- La réutilisation d'un dispositif médical est dangereuse et peut gravement compromettre son intégrité et ses performances.
- Tout événement indésirable grave lié à l'utilisation de ces nécessaires de soins doit être signalé à l'assembleur.

Précautions d'emploi, contre-indications et effets secondaires indésirables : se reporter aux notices/indications des fabricants.