

PE-VVC-01P

**SET DE POSE D'AIGUILLE ET PRÉPARATION DE PERfusion AVEC SPR****INDICATION**

Nécessaire de soins préconisé lors de la pose d'aiguille et de la préparation de perfusion avec seringue préremplie (SPR)

**CARACTÉRISTIQUE**

RÉFÉRENCE	CONDITIONNEMENT	UNITÉ PAR CARTON	TAILLE DU CARTON
PE-VVC-01P	Sachet	30	38,8 x 38,7 x 26,9 cm

**CODE GTIN****GTIN SET :** 3701556401439**GTIN CARTON :** 3701556401422**COMPOSITION DU SET**

- 1 Essuie-mains
- 2 Masques Type IIR
- 1 Charlotte
- 1 Champ de table enveloppant ouate 45 x 50 cm

**Dans le champ enveloppant:**

- 2 Paires de gants Nitrile
- 1 Champ ouate pré-fendu /fenêtré 38 x 45 cm
- 10 Compresses Non Tissées 7,5 x 7,5 cm
- 1 Seringue Luer Lock 20 ml
- 1 Aiguille pompeuse 18G
- 1 Prolongateur avec robinet 3 voies longueur 10 cm
- 1 Plaque de 2 bandelettes micropore
- 1 Pansement Film 12 x 14 cm

**1 SERINGUE PRÉ-REMPLIE NACL 0.9% 10ML - CLASSE IIa**

Innoset assemble des sets composés de différents dispositifs. Conformément au règlement (UE) 2017/745, une notice d'utilisation est obligatoire pour les dispositifs médicaux de classe IIb et supérieure. Les notices des fabricants, destinées exclusivement aux professionnels de santé, sont regroupées et mises à disposition sous format numérique. Une version papier peut être fournie sur demande.

Date de création du modèle : 14.01.2025 - Version : 03 - FT Notice - PE-VVC-01P - Set de pose d'aiguille et préparation de perfusion avec SPR- v03- 06.01.2026

**STÉRILISATION**

Mode de stérilisation : consulter l'emballage des composants

Ne pas restériliser

**CONDITION DE CONSERVATION ET DE STOCKAGE**

Conditions de stockage : À l'abri de l'humidité et de la lumière.

Température de stockage entre 15° et 30° C.

Durée de validité : Voir sur emballage.

**RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS DE L'ASSEMBLEUR**

NOM	Innoset
LIEU DE L'ASSEMBLAGE	ZI La Masquère, 840 Rue de l'Hers, 31750 ESCALQUENS
SIÈGE SOCIAL	75 rue Cuvier - 69006 LYON
CERTIFICAT QUALITÉ	NF EN ISO 13485 :2016
RÈGLEMENT DE L'UE APPLICABLE	UE 2017-745 – Annexe IX chapitres I et III
RÉFÉRENT MATÉRIOVIGILANCE	<a href="mailto:qualite@innoset.com">qualite@innoset.com</a>

**⚠ PRÉCAUTIONS D'EMPLOI**

- Ces dispositifs ne doivent être utilisés que par des professionnels de santé.
- Inspectez le nécessaire de soins avant utilisation. Si vous remarquez le moindre défaut ou anomalie, n'utilisez pas le dispositif. Remplacez-le immédiatement par un nouveau et contactez l'assembleur.
- La réutilisation d'un dispositif médical est dangereuse et peut gravement compromettre son intégrité et ses performances.
- Tout événement indésirable grave lié à l'utilisation de ces nécessaires de soins doit être signalé à l'assembleur.

Précautions d'emploi, contre-indications et effets secondaires indésirables : se reporter aux notices/indications des fabricants.